

Horno de Secado

65 Litros

(HSF102994)



Sección	Contenido	
1	Introducción	2
2	Información técnica	
2.1	Especificaciones técnicas	3
2.2	Características	4
2.3	Componentes	5
2.4	Diagrama eléctrico	6
3	Instrucciones de uso	7
3.1	Instalación	7
3.1.1	Colocación del equipo	7
3.1.2	Condiciones ambientales	8
3.1.3	Conexión eléctrica	
3.2	Advertencias	
3.3	Operación	
3.3.1	Panel de control	
3.3.2	Funcionamiento	
3.3.3	Ajustes	
4	Mantenimiento	16
4.1	Guía de solución de problemas	16
4.2	Mantenimiento preventivo	17
4.3	Accesorios incluídos	
5	Garantía	
5.1	Políticas de garantía	
6	Anexos	24
6.1	Aplicaciones del horno de secado	24
6.2	Ficha técnica	

1. Introducción

El horno de convección forzada de 65 Litros está diseñado para mantener una temperatura interna constante y homogénea para secar y esterilizar materiales de entornos científicos. Su interior de acero inoxidable evita la corrosión dentro del equipo. Ideal para investigación científica, laboratorios, universidades, hospitales. etc.

Cuenta con aire horizontal que circula por conductos de aire dobles, alta eficiencia y alta uniformidad, controlador PID con función de protección contra sobrecalentamiento, pantalla digital LED e interruptor de ventilador.

El encendido del ventilador es un proceso fundamental para lograr un secado uniforme y eficiente. El ventilador ayuda a distribuir el calor de forma equitativa dentro del horno, lo que a su vez contribuye a un secado más rapido y completo de los materiales.



2. Información técnica

2 1 Especificaciones tácnicos

		HSF102955	HSF102986	HSF110742	HSF102994	HSF102971	H6E440065
Modelo		HSF102955	HSF102986	HSF110742	HSF102994	HSF1029/1	HSF110862
Parámetro	ud.		1.6				
	ı	Información operacional					
Ciclo		Convección natural		C	onvección forzad	a	
Volumen de la cámara	L	18	30	45	65	125	230
Temporizador	min			0 - 9	999		
Temperatura de la cámara	°C			TA+10°C	a 300°C		
Uniformidad de Tem. (% de Tem. Ref)	°C	3.5%	2.5%				
Fluctuación	°C			±1	.0		
Resolución	°C			0.1	°C		
				Dimensió	n y peso		
Dimensión de la camara (AxLxA)	mm	260x260x260	310x310x310	350x350x350	400x360x450	500x450x550	600x500750
Dimension externa (AxLxA)	mm	380x455x568	450*500x690	490x540x730	540x550x830	640x640x930	735x835x1115
Dimensión del Emba. (AxLxA)	mm	515x480x640	540x575x855	580x615x895	635x625x995	710x730x1100	857x885x1287
Peso	kg	22	22 37 43 49 66				120
	•	Datos eléctricos					
Voltaje de línea	V			11	0		
Frecuencia	Hz	60					
Potencia	KW	0.6 0.8 1.2 1.6 2.3 3				3	
		Estructura					
Cámara		Acero inoxidable					
Carcasa exterior		Acero laminado en frío con pulverización electrostática exterior					
Insulasión		Tablero de lana de roca de alta calidad (con certificación CE)					
Calentamiento		Alambre calefactor de aleación de níquel-cromo					
Orificio superior de escape o prueba (Ø)	mm	35 Escape trasero					
Sensor de Temperatura		Sensor resistivo PT100					

Tabla 1. Especificaciones técnicas del horno

2.2 Características

Características	HSF102955	HSF102986	HSF110742	HSF102994	HSF102971	HSF110862
Pantalla LED de 7 segmentos para la configuración de parámetros	•	•	•	•	•	•
Puerta de acero con aislante de calor y ventana de cristal templado	•	•	•	•	•	•
Alarma auditiva y visual al finalizar el tiempo programado	•	•	•	•	•	•
Interior de acero inoxidable SUS304 con terminado en espejo.	•	•	•	•	•	•
Controlador PID, con función de protección de sobre temperatura	•	•	•	•	•	•
Motor resistente a altas temperaturas	-	•	•	•	•	•
Interruptor de ventilador	•	•	•	•	•	•
Nuevo mango anti-calor	•	•	•	•	•	•

Tabla 2. Atributos del horno de secado

2.3 Componentes




Figura 1. Estructura general del horno de secado

Referencia	Descripción
1	Orificio superior de escape o prueba (Ø)
2	Rejillas de acero inoxidable
3	Controlador de temperatura
4	Puerta de acero con aislante de calor
5	Ventana de cristal templado
6	Empaque térmico
7	Sensor tem. de la Cámara (PT100)
8	Interruptor de encendido de abanico
9	Indicador de calentamiento

Tabla 3. Referencias

2.4 Diagrama eléctrico




Figura 2. Diagrama eléctrico

3. Instrucciones de uso

3.1 Instalación

3.1.1 Colocación del equipo




Figura 3. Distancia de colocación del horno de secado

 G

3.1.2. Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente: 5°C a 40°C
- Humedad relativa: < 90%
- Presión atmosférica: 80kPa a 106 kPa







Humeda

3.1.3. Conexión eléctrica

- Requisitos de alimentación: CA monofásica de 110 V ±10 %, 60 Hz.
- El equipo DEBE contar con una conexión a tierra.



Advertencia

- El equipo debe contar con una conexión a tierra fiable. No conecte el cable de tierra a tuberías de plástico, gas, agua, etc.
- Se recomienda además el uso de un supresor de picos o un regulador de voltaje para proteger el equipo contra variaciones eléctricas que puedan afectar su funcionamiento o dañar sus componentes internos.
- El horno tiene un consumo de 1.6 kW, por lo que la instalación eléctrica debe contar con la capacidad suficiente para soportar la carga eléctrica.

3.2 Advertencias

• Símbolos y descripción

Símbolo	Descripción		
Ţ	Artículos frágiles (el paquete de transporte que contiene artículos frágiles, manipularlo con cuidado)		
<u> </u>	Mantener arriba (el paquete de transporte debe estar en posición vertical durante el transporte)		
†	Evitar la humedad (los embalajes de transporte deben mantenerse secos)		
-20°C +40°C	Límite de temperatura (se debe mantener el rango de temperatura durante el transporte del paquete)		
\sim	Corriente alterna		
	Puesta a tierra de protección/ (Terminal del conductor de protección)		
0	Desconectar (la fuente de alimentación principal) / (cortar (la energía)		
	Encender (alimentación principal) / (conectar (alimentación)		
Â	Precaución, peligro de descarga eléctrica/(peligro de electricidad)		
	Precaución, quemaduras		
<u>!</u>	¡Cuidado, peligroso!		

Tabla 4. Símbolos y descripción

• Instrucciones de seguridad

ILEA EL MANUAL DEL EQUIPO!

- Instalar y mantener de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- Es obligatorio conocer el funcionamiento del equipo antes de proceder a su utilización.
- Solo deberán manejar y trabajar con el equipo el personal que esté familiarizado con su manejo y funcionamiento.



¡LEA LAS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE VAYA A UTILIZAR!

• Es obligatorio conocer la categorización de los productos antes de proceder a su utilización.

¡ASEGÚRESE DE TRABAJAR EN UN ENTORNO SEGURO!

- La unidad cuenta con algunas medidas de seguridad para evitar lesiones a los operadores y proteger el equipo de daños. Los operadores deben comprender cada paso antes de comenzar a usarlo.
- El operador debe estar capacitado, conocer las características de rendimiento del equipo, sus principios de funcionamiento y su funcionamiento in situ, y tener conocimientos específicos del uso de hornos de secado.
- No trabaje solo en el laboratorio sin la supervisión o la autorización del responsable de la actividad.



- Complete primero la conexión a tierra y luego seleccione el cable de alimentación como cable de tierra.
- Mantenga limpia la cámara interior.
- Una vez finalizada su vida útil del equipo, deberá realizarse de acuerdo con las normativas nacionales y regionales de protección ambiental pertinentes, evitando así la contaminación del medio ambiente y la creación de riesgos para la seguridad.
- Evitar la sobrecarga de la cámara o la colocación de materiales que interfieran con el flujo de aire.
- No colocar recipientes sobre la cubierta superior.
- Ubicar el horno en un lugar seguro, alejado de zonas de mucho tránsito y protegida de la humedad y corrientes de aire.
- • Asegurarse que el horno esté colocado sobre una mesa o soporte de laboratorio y nunca
- · directamente sobre el suelo.
- En caso de falla, desconecte el equipo de la electricidad y contáctenos.
- Desenchufa el equipo en caso de que actúe de forma inusual.
- • Solo colocar muestras encima de las rejillas, no en la base inferior de la cámara.
- • Reduzca la manipulación del interior durante el proceso para evitar modificar
- drásticamente la temperatura.

Tabla 5. Instrucciones de seguridad del horno de secado

Medidas preventivas de seguridad

Riesgos		Recomendaciones
	Quemaduras por contacto con materiales, por vapor.	 No tocar la superficie, puede estar caliente si se ha usado con anterioridad. Verificar el buen estado del termostato para el control de la temperatura. Evitar colocar sustancias que generen humos corrosivos. Evitar el uso de abrasivos o solventes fuertes que puedan dañar la superficie. Regular la temperatura para evitar sobrecalentamiento. Si introduce líquidos a la cámara del horno, evite derrames. Utilizar guantes que protejan a las altas temperaturas.
	Riesgos de ex- plosión o incen- dio.	 Evita utilizar el horno en presencia de materiales inflamables o combustibles. No introduzca muestras con productos químicos inflamables que puedan generar una atmósfera explosiva en su interior. No coloque recipientes sobre la cubierta que protege los elementos calefactores.
	Exposición a sustancias tóxicas.	No introducir productos inflamables, reactivos, corrosivos, tóxicos o radioactivos en la horno de secado. Respetar los tiempos de incubación según el programa necesario.
4	Contacto eléctri- co indirecto.	 Asegurar que el equipo se encuentra desconectado en operaciones de mantenimiento, ajuste o reparación. Realizar y registrar el mantenimiento preventivo del equipo según las instrucciones del fabricante. Las operaciones de mantenimiento eléctrico han de ser realizadas por personal técnico autorizado. Notificar cualquier incidencia al responsable del equipo.

Tabla 6. Medidas preventivas de seguridad

3.3 Operación

3.3.1 Panel de control




Figura 4. Panel de control

Ref.	Descripción
1	Temperatura actual.
2	Temperatura objetivo definido por el usuario
3	Botón para definir la temperatura objetivo o el tiempo del temporizador
4	Botón de cambio/auto ajuste presione para cambiar la configuración
5	Tecla de disminución/reinicio
6	Tecla para aumentar/bloquear pantalla
7	El indicador parpadea durante el autoajuste
8	Este indicador muestra que la resistencia generadora de calor está activa
9	Indicador de sobrecalentamiento
10	Indicador de temporizador activo, y parpadeando cuando el temporizador termino
11	Reservación inválida

Tabla 7. Estructura del control de temperatura

3.3.2 Funcionamiento

- **1. Encender.** Presionar el interruptor que se encuentra a un costado del lado derecho del equipo.
- 2. Encender ventilador. Encender el ventilador en la parte frontal del equipo.




Figura 5. Encendido del ventilador

3. Definir Temperatura. Presionar el botón SET (3) para acceder al ajuste de temperatura. El área PV muestra el mensaje SP y el área SV (2) muestra el valor de ajuste de temperatura, el cual se puede modificar con las flechas de abajo para reducir o incrementar el dígito , haga clic en el botón SET para salir del ajuste y guardar el valor automáticamente.



Figura 6. Definir temperatura

- **4. Estabilización de Temperatura.** Permitir que la temperatura alcance el valor definido, y esperar de 15 a 20 minutos adicionales para conseguir que se estabilice la temperatura.
- **5. Ingresar las muestras.** Ingresar las muestras de acuerdo con sus protocolos establecidos, cerrar la puerta y esperar a que la temperatura se estabilice nuevamente.
- **6. Temporizador.** De ser necesario, iniciar temporizador (ver subsección en "Ajustes")
- 7. Retirar muestras. De ser necesario, puede retirar y poner más muestras sin apagar el equipo.
- **8. Apagar.** Tras apagarlo, se recomienda desconectar el cable de alimentación.

3.3.3 Ajustes

Activar y definir temporizador

Presionar el botón SET (3) para navegar y acceder en PV al mensaje ST y SV muestra el valor de ajuste de hora (Usar la flecha de la izquierda
para seleccionar las decenas, centenas y millares y las flechas
para incrementar o reducir (9999 mn.); haga clic en el botón SET para salir del ajuste y guardar el valor automáticamente.



Figura 7. Activar y definir temporizador

Después de transcurrido el tiempo de ciclo definido por el usuario el sistema encenderá la alarma sonora e unterrumpirá el sistema de calentamiento para que la temperatura descienda de forma natural.



Figura 8. Activar y definir temporizador

Nota: Si necesita volver a utilizar el horno, reinicie el Horno (apague y encienda el horno nuevamente para reestablecer el sistema), coloque la temperatura deseada y espere nuevamente a que la alcance y se estabilice para configurar un nuevo ciclo.

Desactivar el temporizador para uso continuo

Modificar con las flechas ★★ el valor ST a "0000". Presionar el botón "SET" dos veces para modificar el valor ST; y usando las flechas de abajo para reducir el valor de cada dígito a "0". Usar la flecha de la izquierda ◀ para seleccionar las decenas, centenas y millares. Presionar el botón "SET" una vez para salir del ajuste y guardar el valor automáticamente.



Figura 9. Desactivar temporizador

4. Mantenimiento

4.1 Guía de solución de problemas

Problema	Causa	Solución
	No hay voltaje de 110 V estable.	
	La ploga no está bien conectada.	Verifique el suministro
La pantalla no enciende	La fuenten de alimentación no está conectada	de corriente eléctrica
	El fusible está dañado.	
	La puerta de la cámara no está cerrada correctamente	
La temperatura no llege e la	El sistema de la cámara aún no ha alcanza su punto de estabilización	
La temperatura no llega a la establecida	La resistencia está dañada	
Cotablecida	El sistema de ganancia no está ajustado	
	El sensor de temperatura presenta daño	Contáctanos a través de www.icb.mx
Golpeteo interno	Ventilador del equipo o del compresor flojo.	
	La resistencia está dañada.	
La temperatura no se estabiliza	El sistema de ganancia está desajustado.	

Tabla 8. Guía de solución de problemas

4.2 Mantenimiento preventivo

Para garantizar una larga vida del horno de secado, es necesario realizar un mantenimiento regular del instrumento. Asegúrese siempre de utilizarlo de acuerdo con las siguientes directrices:

- Revisar por cualquier fuga de calor y contactarnos si se presenta alguna.
- Verifique que la cámara no tenga algún tipo de grieta.
- Verificar al cerrar el buen sellado de la puerta, para evitar fugas de calor.
- Mantenga limpia el interior: Usar un paño húmedo con un detergente suave odesinfectante (alcohol 70%) (Asegúrese que se encuentre frio el interior).
- Evitar abrasivos o solventes fuertes con el fin de no dañar las superficies del horno de secado.
- Limpiar el exterior: Especialmente las manijas de la puerta y superficies de contacto.
- Limpiar las rejillas
- Al manipular el equipo, evite colisiones, sacudidas y vibraciones.
- Verifique que el ventilador y el motor enciendan y no generen ruido.
- Nunca utilizar a temperatura máxima por periodos prolongados, esto puede dañar la resistencia.
- No obstruya las rejillas de ventilación del equipo, esto podría provocar mal funcionamiento de este.
- · Desconecte el equipo si no se utiliza.

4.3 Accesorios incluidos

• Los accesorios incluidos del horno de secado, son:

- 1) Cable de alimentación (110V / 60Hz).
- 2) Dos rejillas de acero inoxidable removibles y ajustables a distintas alturas.
- 3) Un fusible.




Figura 10. Accesorios incluidos

5. Garantía

5.1 Política de garantía limitada

Aplicable solo a productos comercializados por Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A de C.V.

Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. garantiza que sus productos estarán libres de defectos de fabricación y funcionarán de acuerdo con las especificaciones establecidas al momento de la compra. Esta garantía será válida por el período de tiempo especificado en la Política de Garantía Limitada, a partir de la fecha de facturación del producto.

Cobertura de la garantía.

La garantía cubre los defectos de fabricación y los problemas relacionados con el funcionamiento de acuerdo con las especificaciones del producto. Esto incluye problemas de rendimiento durante la duración establecida en la Política de Garantía Limitada.

Duración de la garantía.

La duración de la garantía varía según el tipo de producto y se establece de la siguiente manera:

- Microscopios: 5 años de garantía.
- Centrífugas: 3 años de garantía.
- Micropipetas: 1 año de garantía.
- Incubadoras, Hornos de Secado, Contadores de células y de colonias, Dispensadores de líquidos, Agitadores Vortex, Agitadores Orbitales, Mezclador de tubos, Agitadores de pipetas, Agitadores de bolsas de sangre, Baños de Agua, Baños secos, Cabinas de bioseguridad, Campanas de flujo laminar, Autoclaves: 2 años de garantía.
- Piezas utilizadas para la reparación de los productos: 1 año de garantía.

La garantía comienza a partir de la fecha de la factura de los productos y se aplica únicamente al propietario original del producto.

Proceso de reclamación de garantía.

En caso de que un producto esté dentro del período de garantía y se presente un problema cubierto por esta política, el propietario del producto debe seguir los siguientes pasos para presentar una reclamación de garantía:

a) Contactar al servicio de atención al cliente de Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. por teléfono (+52 33-3628-8333) o correo electrónico (atencionaclientes@icb-mx.com) y proporcionar la siguiente información:

19

- Número de orden o factura de compra.
- Descripción detallada del problema.
- Pruebas o fotografías que demuestren el defecto o mal funcionamiento.
- **b)** El número de serie del producto bajo garantía debe coincidir con el número de serie en la factura de compra, y no debe presentar daños ni enmendaduras.
- c) El servicio de atención al cliente evaluará la reclamación y proporcionará instrucciones adicionales, que pueden incluir la devolución del producto para su reparación o reemplazo.
- d) En caso de que sea necesario devolver el producto, Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. cubrirá los gastos de envío mediante la paquetería que Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. elija, relacionados con la reparación o reemplazo dentro del período de garantía.

Soluciones bajo la garantía

Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. se reserva el derecho, al aplicar la garantía, de elegir entre las siguientes opciones para solucionar los problemas cubiertos por la garantía:

- a) Reparación: Si es técnicamente viable y económicamente razonable, Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. reparará el producto de forma gratuita utilizando piezas originales o equivalentes, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no haya terminado.
- **b)** Reemplazo: Si la reparación no es posible o no es económicamente viable, Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. proporcionará un producto de reemplazo idéntico o similar de igual valor, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no haya terminado.
- c) Reembolso: Si ninguna de las opciones anteriores es factible, Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. emitirá un reembolso equivalente al precio original de compra del producto, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no haya terminado.

Cláusulas

- I. Esta Política cubre los productos adquiridos directamente a través de Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V.
- II. Esta política de garantía es adicional a los derechos legales del consumidor y no los limita de ninguna manera.
- III. La política está sujeta a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte nuestro sitio web https://icb.mx/garantia-icb/ para obtener la información más actualizada.
- IV. Esta garantía no incluye la instalación y el mantenimiento del Producto.
- **V.** Esta garantía no cubre daños o reparaciones necesarias como consecuencia de fallas en la instalación del equipo.
- **VI.** El tiempo de reparación del Producto en ningún caso será mayor de 80 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V.

Reparaciones del producto fuera de la Cobertura de garantía.

Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. se reserva el derecho de solucionar los problemas de funcionamiento del producto en caso de no aplicar la Política de Garantía. A continuación, se detallan los procedimientos a seguir:

- a) Si el producto presenta alguna falla en su funcionamiento, fuera de la Cobertura de la Garantía, el cliente puede enviar el producto a Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. para diagnosticar el problema sin ningún costo de evaluación.
- **b)** Para que el producto sea aceptado para revisión y/o reparación en el lugar designado por Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V., es necesario obtener una autorización de envío emitida por la misma. Esta autorización se obtendrá mediante la asignación de un número de retorno que Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. proporcionará al cliente. Los gastos de envío y devolución del producto serán cubiertos por Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V.
- c) Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. proporcionará una hoja de servicio que detallará los fallos encontrados, las posibles causas y las soluciones propuestas para solucionar el problema del producto. Además, se revisarán los daños en el producto para determinar si Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. cubrirá o no los costos de las piezas necesarias para la reparación sin costo adicional para el cliente. La mano de obra requerida para la reparación no tendrá ningún costo para el cliente.
- d) Mientras el producto esté en proceso de reparación, el cliente tendrá la opción de recibir un producto sustituto y provisional similar al suyo, proporcionado por Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V., sin costo alguno. En caso de que el cliente desee recibir un producto sustituto, Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. enviará una carta que deberá ser completada y firmada por el cliente para recibir el producto sustituto. El cliente deberá operar el producto sustituto en condiciones óptimas y devolverlo a la empresa siguiendo las indicaciones proporcionadas por Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V.

Los Productos sustitutos estarán sujetos a disposición y disponibilidad. Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. se reserva el derecho de proporcionar y elegir el producto sustituto en caso de haber disponibilidad.

Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar el método mediante el cual se proporciona el servicio, así como los requisitos que debe cumplir su Producto para recibir dicho servicio.

Exclusiones.

Esta garantía no se aplica a productos que no sean comercializados por Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V.

La garantía no se aplica a ninguna otra circunstancia que no esté relacionada con un defecto de fabricación.

Esta garantía no aplica:

- a) a piezas consumibles, como baterías, fusibles o revestimientos de protección que están diseñados para desgastarse con el tiempo;
- **b)** a daños superficiales, incluidos, entre otros, rayones, abolladuras y roturas de plásticos, metales y estampas o etiquetas;
- c) a daños causados por el uso con un componente o producto de terceros que no cumpla con las especificaciones de Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V.;
- **d)** a daños causados por accidentes, abuso, uso indebido, incendios, terremotos, alzas de voltaje, u otras causas externas:
- **e)** a daños causados por usar el equipo de Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. sin respetar las normas de seguridad;
- f) a daños causados por el desgaste normal o atribuibles al efecto del paso del tiempo;
- **g)** Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las establecidas por el manual de operación del Producto;
- h) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo del Producto (manuales de operación en nuestra página https://icb.mx/);
- i) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. o el comercializador responsable respectivo;
- i) Si se eliminó o se borró cualquier número de serie del Producto:
- **k)** Si no dispone de ningún medio para probar que es el usuario autorizado del equipo (por ejemplo, no puede presentar la prueba de compra);
- I) Cuando el Producto se hubiese descalibrado o requiera renovación de certificaciones;
- m) Si el Producto sufre daños causados por el envío;
- **n)** Cuando el cliente no sigue las instrucciones de uso, instalación o mantenimiento otorgado por Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V.

Importante: No intente abrir los Productos, pues puede provocar daños que no están cubiertos por esta Garantía. Solo Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. debe realizar reparaciones de los productos en garantía.

Limitaciones de Responsabilidad

La responsabilidad de Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. bajo esta garantía se limita únicamente a la reparación, reemplazo o reembolso según lo establecido en esta política. En ningún caso, Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. será responsable por daños incidentales, consecuentes, indirectos o especiales que puedan surgir como resultado del uso o la imposibilidad de usar el producto cubierto por esta garantía.

Modificaciones de la Política de Garantía

Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de esta política de garantía en cualquier momento y sin previo aviso. Las modificaciones entrarán en vigor a partir de su publicación en el sitio web de Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V.

Generalidades

Ningún distribuidor, agente o empleado de Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. está autorizado para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta Garantía. En caso de que algún término se considere ilegal o imposible de exigir, la legalidad y la exigibilidad de los términos restantes no se verán afectadas ni disminuidas. Esta Garantía se rige e interpreta de acuerdo con las leyes mexicanas.

Si tienes alguna pregunta o necesitas más información sobre nuestra política de garantía, no dudes en ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Ingeniería Científica Bionanomolecular S.A. de C.V. C. Volcán Paricutín #5103, Colli Urbano 1ra sección, 45070 Zapopan, Jal. México. Teléfono: 52 (33)-3628-8333. Correo electrónico: atencionaclientes@icb-mx.com

6.2 Ficha técnica

6.1 Aplicaciones de la Horno de secado

Aplicación	Descripción
Laboratorios de Química	Los hornos de secado se utilizan comúnmente para secar muestras químicas o solventes, lo que es esencial en experimentos de síntesis y análisis químicos. Esto asegura que las muestras tengan una composición constante y precisa.
Laboratorios de Microbiología	En microbiología, los hornos de secado esterilizan equipo de vidrio y metal, así como medios de cultivo y vidriería antes de su uso. Esto previene la contaminación de cultivos bacterianos y otros experimentos.
Laboratorios de Investigación Farmacéutica:	Los procesos de secado son esenciales en la fabricación de medicamentos y productos farmacéuticos, garantizando la pureza y estabilidad de los ingredientes activos.
Laboratorios de Ciencias de los Alimentos	En el análisis de alimentos, los hornos de secado se utilizan para determinar el contenido de humedad en muestras alimenticias, un factor crítico en la calidad y conservación de alimentos.
Laboratorios de Investigación de Materiales:	Para investigaciones en ingeniería de materiales, los hornos de secado permiten realizar pruebas de resistencia a altas temperaturas, acelerar la degradación de materiales o preparar materiales para análisis.
Laboratorios de Biología Molecular:	En la preparación de muestras de ADN y ARN, los hornos de secado ayudan a evaporar los solventes y concentrar las muestras para su posterior análisis.

Tabla 9. Tabla ilustrativa de aplicaciones del Horno de Secado

El Horno de Secado es un equipo que proporciona un control preciso de temperatura y un ambiente uniforme para procesos de desecación, calentamiento y esterilización de muestras y materiales por Dimensiones internas Dimensiones externas Temporizador Uniformidad Temperatura Estabilidad Capacidad Operación Especificaciones Técnicas Descripción Garantía 2 años

Potencia Alimentación 540x550x830 mm 400x360x450 mm Continua/Tiempo TA+10°C a 300°C 110V 60Hz 0 - 9999 min 65 litros ±2.5% ±1°C



Horno 65 HSF102994 de litros Secado



25

Características

- Panel LED a color para la configura-ción de parámetros.
 Interior de acero inoxidable SUS304
- inoxidable SUS304
- Rejillas de acero inoxidable removibles y ajustables en 8 niveles.

 Puerta de acero con aislante de calor y ventana de cristal templado.

 Cuerpo de acero laminado en frío con pintura electrostática.

 Orificio de Ø35mm para la inserción de sondas de monitoreo.

 Sensor electrónico de temperatura PT100 en el interior.

 Ventilador de circulación de aire suave (convección forzada).
- Alarma auditiva y visual al finalizar el tiempo programado.
 Calentamiento por resistencia eléctrica de acero inoxidable. Interruptor para activar o desactivar la convección forzada.

Accesorios Incluidos

2 rejillas removibles y ajustables Cable de alimentación (110V 60Hz) Manual de Operación en Español

24



Ingeniería Clentífica Bionanomolecular S.A. de C.V.

Contacto:

Conmutador: (33)36288333 Visite nuestra página web: http://icb.mx E-mail: atencionaclientes@icb-mx.com

Volcán Paricutín # 5103, El Colli 1ª. Sección, Zapopan, Jalisco 45070